

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE - CISAMUSEP

ESTADO DO PARANÁ

De acordo com a Resolução nº 070/2013

Maringá – PR, quinta-feira, 30 de abril de 2026

Ano XIV

Edição nº 2358

ATOS DO CONSELHO DIRETOR

LAUDO DE ANÁLISE DA AMOSTRA DO PREGÃO Nº 1/2026

Foi analisada a amostra fornecida pela seguinte empresa:

NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA

Maringá, 30 de abril de 2026.

Item	Descrição	Marca
39	CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, DE FINA GRANULAÇÃO, QUE PROPORCIONE MISTURA HOMOGÊNEA E SEM GRUMOS COM ÓTIMO ESCOAMENTO, COM BOA TOLERÂNCIA PELOS TECIDOS BUCAIS, RADIOPACIDADE E IMPERMEABILIDADE. FRASCO COM PÓ CONTENDO 12 G E FRASCO COM LÍQUIDO CONTENDO 10 ML. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA.	FILL CANAL - MAQUIRA

A amostra do material foi submetida à avaliação técnica por profissionais especialistas em endodontia, responsáveis diretos pela assistência aos pacientes no serviço.

Realizou-se o processo de manipulação do material, conforme indicado pelo fabricante, e tentativa de inserção no canal radicular de um dente durante o processo de obturação. Porém, o tempo de presa do cimento é muito curto, ou seja, o mesmo toma presa muito rapidamente, impossibilitando a realização adequada da obturação dos canais radiculares, uma vez que durante a inserção do cone de guta percha juntamente com o cimento ele endurece antes da finalização do processo. Considerando o tratamento de dentes que apresentam mais de um canal radicular, os quais são a grande maioria dos dentes tratados em nosso serviço, tal fato acarretaria desperdício e consequente prejuízo financeiro ao CISAMUSEP, além de prejudicar sensivelmente a qualidade dos serviços prestados.

Diante do exposto, conclui-se que o material não atende aos requisitos técnicos e operacionais necessários para sua utilização no serviço, motivo pelo qual se justifica a recusa do item avaliado.

JULIANA GARCIA DA ROCHA CROTTI
RESPONSÁVEL TÉCNICA – CEO
CRO – 11054

Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP

Funcionário Responsável: Leandro de Freitas Araujo – Matrícula nº 262 – Resolução nº 097/2025 - CISAMUSEP

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28 – CEP: 87053-285 – Fone: (44) 3123-8300

Site: www.cisamusep.org.br e-mail: diariooficial@cisamusep.org.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

O CISAMUSEP dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.cisamusep.org.br