

LAUDO DE ANÁLISE DA AMOSTRA DO PREGÃO 01/2026

Foi analisada a amostra para o item 122, fornecida pela seguinte empresa:

MEDICENTRO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
122	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO COM TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA, PONTEIRA FIXA EM PVC MACIO E VAZADO. PONTEIRA FIXADA AO TUBO DE FORMA QUE NÃO SOLTE DURANTE O USO. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA.	ALL PRIME	Amostra atende o descritivo do Termo de Referência e as necessidades do serviço. Amostra deferida.

Realizada a verificação no dia 15/04/2026 e constatou-se que a amostra apresentada do item 122 restou **deferida**, por atender ao descritivo do Edital.

Maringá, 15 de abril de 2026.

Juliana Garcia da Rocha Crotti
Responsável Técnica - CEO
CRO - 11054