

LAUDO DE ANÁLISE DA AMOSTRA DO PREGÃO Nº 08/2024

Foi analisada a amostra fornecida pela seguinte empresa:

MORETTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICAS LTDA

RESULTADO DA ANÁLISE:

Item	Descrição	Marca	Resultado da análise
116	FIO DE SUTURA DE DIÂMETRO 5-0, AGULHADO, ABSORVÍVEL, SINTÉTICO, MULTIFILAMENTO, TRANÇADO, VIOLETA, A BASE DE POLIGLACTINA, AGULHAS DE 1/2 CÍRCULO TRIANGULAR CORTANTE DE 16 MM, ENVELOPE COM 1 FIO DE 45CM DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL, COM EMBALGEM INTERNA DE ALUMÍNIO E EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA - VALIDADE MÍNIMA 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA.	SHALON	Amostra não atende o descritivo nos quesitos “círculo triangular cortante de 16 mm” e “fio de 45 cm de comprimento”. Amostra indeferida.

Realizada a verificação no dia 27/03/2024 e constatou-se que a amostra apresentada do item 116 não atende a descrição do Edital, restando indeferida.

Maringá, 27 de março de 2024.

Juliana Garcia da Rocha Crotti
Responsável Técnica - CEO
CRO - 11054