

LAUDO DE ANÁLISE DA AMOSTRA DO PREGÃO Nº 24/2024

Foi analisada a amostra fornecida pela seguinte empresa:

CIRÚRGICA PRIME LTDA

RESULTADO DA ANÁLISE:

Item	Descrição	Marca	Resultado da Análise
17	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5 X 7,5CM, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM FIOS DE 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, BRANQUEADO, PURIFICADO, COM 8 CAMADAS, ÁREA MÍNIMA DE 420 CM2 QUANDO ABERTA, COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, MEDIDAS PODENDO VARIAR +/- 5%. DEVERÁ APRESENTAR BORDAS VOLTADAS PARA DENTRO E PERFEITA UNIFORMIDADE ENTRE ELAS, ISENTA DE FIOS SOLTOS E FALHAS EM SUA TRAMA. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES, QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA.	MAISMED	Não atendeu a descrição do item pois não apresentou área mínima de 420 cm ² , não apresentou o mínimo de 13 fios/cm ² e não atendeu a isenção de fios soltos, sendo, portanto, insatisfatório para o CISAMUSEP.

Realizada a verificação no dia 14/08/2024 e constatou-se que a amostra apresentada do item 17 não atende a descrição do Edital, restando indeferida.

Maringá, 14 de agosto de 2024.

Sylmara Bessani Paixão Zucoloto
Gerente de Serviços de Enfermagem