



# CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO SETENT. PARANAENSE

CNPJ: 04.956.153/0001-68

Estado do PARANÁ

Exercício: 2019

Pregão Presencial

## Ata de Realização do Pregão Presencial nº 11 / 2019

Data e Hora de Abertura da Sessão <b>24/05/2019 08:00</b>	Data e Hora de Encerramento da Sessão <b>24/05/2019 08:45</b>	Nº da Ata <b>2</b>	Nº da Sessão <b>1</b>	Posição da Sessão <b>Sessão Única</b>	Tipo do Pregão <b>Menor Preço por Item</b>
Órgão Interessado <b>CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO SETENT. PARANAENSE</b>					Processo <b>/</b>

Objeto

O PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL TEM COMO OBJETO A SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO AO CISAMUSEP, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME ART. 48 E INCISOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 COM REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014.

Pregoeiro(a)

**RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE** - Resolução nº 5/2019 de 08/01/2019

Reuniram-se na sala de licitações do CISAMUSEP na presença da Sra. Presidente da Comissão de Licitações, a Pregoeira e o Membros da Equipe de Apoio, para dar continuidade aos procedimentos relativos ao referido Pregão Presencial. Cumpre recordar que a suspensão foi ocasionada em razão da análise dos catálogos dos equipamentos. Retomada a sessão, a Pregoeira e Comissão decidiram: Item 1 (Cardioversor) - O catálogo apresentado pela empresa **IBI LIFE MEDICAL EIRELI - ME** foi analisado e não atende o descrito do Edital, pois possui tela de 6,5", sendo que no Edital foi solicitado tela de no mínimo 7", a bateria é do tipo NI-MH, entretanto no Edital foi solicitado bateria do tipo LI-ION, não possui no mínimo 7 derivações simultâneas conforme solicitado no Edital, o Desfibrilador não mede a energia de 1, 4, 6, 8 e 9 Joules conforme solicitado no Edital e a largura de pulso do Marcapasso é de 40 ms, sendo que no Edital foi solicitado largura de pulso do Marcapasso de 20 ms, restando desta forma desclassificada para o item 1, procedeu-se à abertura do envelope nº 2 da empresa classificada em 2º lugar para o item 1 **MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**. Item 2 (Sensor Digital) - O catálogo apresentado pela empresa **EQUIPONORTE - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP** foi analisado e atende o descrito do Edital, a Pregoeira informou que o equipamento deverá ser entregue conforme estabelecido no Edital, ou seja, compatível com o aparelho de Raio-x Intraoral da marca DABI ATLANTE, MODELO SPECTRO 70X e PROCION, MODELO ION 70 X e com o kit de posicionadores para radiografia digital. É suspensa a sessão às 08h45min para análise do catálogo da empresa **MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME** para o item 1 (Cardioversor), com retorno previsto para o dia 28/05/2019 às 08h. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE - Pregoeiro  
Portaria nº 5/2019 de 08/01/2019

ALESSANDRA DE OLIVEIRA BORGONHONI CARDOSO - Membro  
Portaria nº 5/2019 de 08/01/2019

CARMELITO JUNIOR DELCIELO BENALI - Membro  
Portaria nº 5/2019 de 08/01/2019

THAIS GONÇALVES - Membro  
Portaria nº 5/2019 de 08/01/2019