

**LAUDO DE ANÁLISE DE MARCA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020**

Foi analisado o catálogo apresentado pela seguinte empresa:

INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA:

Item	Descrição	Marca
1	<p>CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR, COM TELA DE LCD DE NO MINIMO 7" (POLEGADAS) DE ALTA RESOLUÇÃO, COM ACESSO ÀS FUNÇÕES ATRAVÉS DE TECLADO E/OU BOTÃO ROTACIONAL COM TELA LCD COLORIDO, COM ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA, COM BATERIA RECARREGAVEL TIPO LI-ION COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2 HORAS DE MONITORIZAÇÃO.</p> <p>DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES PARÂMETROS:</p> <p>ELETROCARDIOGRAMA (ECG): COM LEITURA SIMULTÂNEA DE NO MÍNIMO 7 DERIVAÇÕES, COM VELOCIDADE DE VARREDURA DE NO MÍNIMO 25 MM/S, COM CABO DE ECG DE 3 E 5 VIAS, COM FREQUÊNCIA CARDÍACA DE INTERVALO ENTRE NO MINIMO 16 - 300 BPM, COM ISOLAMENTO DO PACIENTE À PROVA DE DEFIBRILAÇÃO, COM ECG TIPO CF, COM GANHO AJUSTÁVEL DE 5/10/20/40 MM/MV.</p> <p>DEFIBRILADOR BIFÁSICO: COM ARMAZENAMENTO DE ENERGIA PARA DEFIBRILAÇÃO COM CARGA AJUSTAVEL QUE ABRANGE A FAIXA DE NO MINIMO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200 JOULES, COM DEFIBRILAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, COM INDICAÇÃO DE CARGA POR SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO E DE CARGA COMPLETA, COM NÍVEL DE CARGA INDICADA NO VISOR;</p> <p>OXIMETRIA DE PULSO: COM OXIMETRIA DE PULSO SPO2, COM INTERVALO DE MEDIÇÃO DE 1 A 100%, COM INTERVALO DE MEDIÇÃO DE FREQUENCIA DE PULSAÇÃO DE 30 A 250 BPM.</p> <p>MARCAPASSO: COM LARGURA DE PULSO DE 20 MS, COM PERÍODO REFRAATÓRIO ENTRE A FAIXA DE 200 A 340 MS COM VARIAÇÃO DE +/- 10%, COM MODO DE FUNÇÕES DEMANDA OU FIXO, COM FREQUENCIA DE ESTIMULAÇÃO ENTRE 40 A 170 PPM, COM FAIXA DE CORRENTE DE ESTIMULAÇÃO DE 10 MA A 200 MA.</p> <p>ACESSÓRIOS: 1 BOLSA PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, 1 BOLSA PARA TRANSPORTE DOS ACESSÓRIOS, 1 CONJUNTOS DE PÁS EXTERNAS DE DEFIBRILAÇÃO TAMANHO ADULTO, 1 CONJUNTO DE PÁS EXTERNAS DE DEFIBRILAÇÃO TAMANHO PEDIÁTRICO, 2 PARES DE PÁS AUTOADESIVAS ADULTO, 2 PARES DE PÁS AUTOADESIVAS INFANTIL, 100 ELETRODOS ADULTO DESCARTAVEIS COMPATIVELIS COM O EQUIPAMENTO, 100 ELETRODOS INFANTIL DESCARTAVEIS COMPATIVELIS COM O EQUIPAMENTO, 2 PARES DE PÁS DESCARTAVEIS ADULTO E 1 PAR DE PÁS DESCARTAVEIS INFANTIL PARA UTILIZAÇÃO DO DEA, 1 SENSOR DE OXIMETRIA DE DEDO, FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES E ADAPTADORES E DEMAIS ACESSÓRIOS FORNECIDOS PELO FABRICANTE, IMPRESCINDÍVEIS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTES EQUIPAMENTO E QUE NÃO TENHAM SIDO CITADOS NESTE EDITAL.</p> <p>CARACTERISITICAS ELÉTRICAS: ALIMENTAÇÃO 127V OU BIVOLT.</p> <p>GARANTIA DO EQUIPAMENTO: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.</p> <p>VALIDADE DAS PÁS: MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p>	<p>INSTRAMED CARDIOMAX</p>


[Handwritten signatures and marks]


DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CONSTAR REGISTRO NA ANVISA, SER ENTREGUE MONTADO, INSTALADO E OFERECER TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR O EQUIPAMENTO.
--

Resultado da Análise:

Após análise do manual apresentado a marca atende ao descrito do Edital.

Maringá, 25 de setembro de 2020.


Rafaela Koga Petrólio Kumagae
Pregoeira


Gisele Nardi Paixão Carmona
Assistente Administrativa